Lovibond since 1885

QM-System
Certificate No. 5394
DIN EN ISO 9001

ロビボンド水質試験器

チェックキット コンパレータ LCC シリーズ

CHECKIT®Comparator

ドイツ Tintometer社製

豊富なカラー・ディスクでテスト項目が満載！しかも操作はいたってカンタンです。

備え付け・携帯用にも適するコンパックトで便利な水質測定器です。ドイツ Tintometer社製のロビボンド・チェクキットコンパレーターは、豊富なカラースケールを提供する簡単ながらも総合的な水質分析システムで、上水道はもちろん、ボイラー水、工場廃水、湖沼等の水質分析に適用されます。チェクキットコンパレーターD55は淡い色合いを正確に測定するために、ミラー・ユーニットを使ってセル全長を通して長い光路長での観察を可能にしたコンパレーターシステムです。個々のチェクキットディスクは、色合い濃度を連続的に刻むことで、サンプルの色を正確に一致させることができます。チェクキットディスクは、色の安定性を長期間保つため厳選された素材で特別に製造されていますので、再現可能で高い信頼性を保証します。単純で分かりやすい表現に加え分析の段階をイラスト入りで説明する取扱説明書が各チェクキットディスクに付属されていますので、化学知識のない方でも極めてカンタンに使用いただけます。

テストキットは、テストに必要なチェクキットコンパレーター、チェクキットディスク、セル、かき混ぜ棒、ロビボンド試薬（30テスト分）、そして頑丈で便利なプラスチックケースを含むセット商品となっています。

単項目水質検査キット　LCC-1シリーズ

注文コード	測定項目	測定レンジ（精度 ±5% F.S.）	ディスク No.	試薬形態	付属試薬
14 72 00	アルミニウム	0 – 0.3 mg/L Al	14 62 00	錠剤	ALUMINIUM No.1、No.2
14 72 10	アンモニア	0 – 1 mg/L N	14 62 10	錠剤	AMMONIA No.1、No.2
14 72 11	アンモニア	0 – 0.5 mg/L N	14 62 11	粉末	Vario Ammonia Salicylate F10 Vario Ammonia Cyanurate F10
14 72 80	臭素	0 – 5 mg/L Br	14 62 80	錠剤	DPD Rapid No.1
14 70 00 注1	塩素（DPD）、遊離・結合・全	0.02 – 0.3 mg/L Cl_2	14 60 00	錠剤	DPD No.1、No.3
14 70 10	塩素（DPD）、遊離・結合・全	0 – 1 mg/L Cl_2	14 60 10	錠剤	DPD Rapid No.1、No.3
14 82 00 J 注2	塩素（DPD）、遊離・結合・全	0.1 – 2 mg/L Cl_2	14 80 00 J	錠剤	DPD Rapid No.1、No.3
14 70 52	塩素（DPD）、遊離・全	0 – 3.5 mg/L Cl_2	14 60 50	粉末	Vario DPD Free F5、Total F5
14 70 20	塩素（DPD）、遊離・結合・全	0 – 4 mg/L Cl_2	14 60 20	錠剤	DPD Rapid No.1、No.3
14 70 30	塩素（KI）、全	10 – 300 mg/L Cl_2	14 60 30	錠剤	CHLORINE HR (KI)、ACIDIFYING GP
14 73 30 注1	二酸化塩素	0.01 – 0.2 mg/L ClO_2	14 63 30	錠剤	DPD No.1、DPD Glycine
14 72 30	銅、遊離（Cu^{2+}）	0 – 1 mg/L Cu	14 62 30	錠剤	COPPER/ZINC LR
14 74 30	銅 HR（高濃度）、遊離、全	0 – 5 mg/L Cu	14 64 30	錠剤	COPPER No.1、No.2
14 74 31	銅 HR（高濃度）、遊離	0 – 5 mg/L Cu	14 64 31	粉末	Vario Cu 1 F10
14 74 40	銅 LR（低濃度）、遊離、全	0 – 1 mg/L Cu	14 64 40	錠剤	COPPER No.1、No.2
14 74 41	銅 LR（低濃度）、遊離	0 – 1 mg/L Cu	14 64 41	粉末	Vario Cu 1 F10
14 73 70	DEHA	0 – 0.5 mg/L DEHA	14 63 70	錠剤	DEHA
14 78 90 注3	フッ化物	0.2 – 2 mg/L F	14 63 90	液体	SPADNS試薬溶液
14 73 20	鉄 HR（高濃度）	1 – 10 mg/L Fe	14 63 20	錠剤	IRON HR
14 72 20	鉄 LR（低濃度）	0.05 – 1 mg/L Fe	14 62 20	錠剤	IRON LR
14 74 70	鉄（TPTZ）	0 – 1.8 mg/L Fe	14 64 70	粉末	Vario Iron TPTZ F10
14 79 10 注3	マンガン LR（低濃度）	0.1 – 0.7 mg/L Mn	14 64 10	錠・液	Vario Manganese LR 試薬セット F10
14 79 20 注3	マンガン VLR（極低濃度）	0.02 – 0.2 mg/L Mn	14 64 20	錠・液	Vario Manganese LR 試薬セット F10
14 72 91 注1	モリブデン酸塩 LR（低濃度）	0 – 10 mg/L MoO_4	14 62 91	錠剤	MOLYBDATE No.1 HR、No.2 HR
14 72 90	モリブデン酸塩 HR（高濃度）	0 – 100 mg/L MoO_4	14 62 90	錠剤	MOLYBDATE No.1 HR、No.2 HR
14 78 10 注3	硝酸塩 LR（低濃度）	0 – 1 mg/L NO_3	14 63 10	錠・粉	NITRITE LR、NITRATE 錠・粉末
14 74 00	硝酸塩 HR（高濃度）	10 – 100 mg/L NO_3	14 64 00	錠剤	NITRACHECK No.1、No.2
14 73 00	亜硝酸塩 LR（低濃度）	0 – 0.5 mg/L N	14 63 00	錠剤	NITRITE LR
14 73 01	亜硝酸塩	0 – 0.3 mg/L N	14 63 01	粉末	Vario Nitri 3 F10
14 72 70	オゾン（DPD）	0 – 0.7 mg/L O_3	14 62 70	錠剤	DPD Rapid No.4、DPD Glycine
14 71 00	pH（PR）	6.5 – 8.4 pH	14 61 00	錠剤	PHENOL RED Rapid
14 71 10	pH（BCP）	5.2 – 6.8 pH	14 61 10	錠剤	BROMOCRESOL PURPLE
14 71 20	pH（BTB）	6.0 – 7.6 pH	14 61 20	錠剤	BROMOTHYMOL BLUE
14 71 30	pH（ユニバーサル）	4 – 10 pH	14 61 30	錠剤	UNIVERSAL PH
14 74 80	りん酸塩	0 – 2.5 mg/L PO_4	14 64 80	粉末	Vario PHOS 3 F10
14 72 50	りん酸塩 HR（高濃度）	0 – 80 mg/L PO_4	14 62 50	錠剤	PHOSPHATE HR
14 72 40	りん酸塩 LR（低濃度）	0 – 4 mg/L PO_4	14 62 40	錠剤	PHOSPHATE LR No.1、No.2
14 73 50	シリカ LR（低濃度）	0.25 – 4 mg/L SiO_2	14 63 50	錠剤	SILICA No.1、No.2
14 73 51	シリカ HR（高濃度）	0 – 100 mg/L SiO_2	14 63 51	粉末	Vario Silica HR、酸化剤、クエン酸
14 73 60	シリカ VLR（極低濃度）	0 – 1 mg/L SiO_2	14 63 60	錠剤	SILICA No.1、No.2
14 74 90	次亜塩素酸ナトリウム	2 – 18 %	14 64 90	錠剤	CHLORINE HR (KI)、ACIDIFYING GP
14 73 80	亜硫酸塩 LR（低濃度）	0.5 – 10 mg/L SO_3	14 63 80	錠剤	SULFITE LR
14 74 50	全アルカリ度	20 – 240 mg/L $CaCO_3$	14 64 50	錠剤	ALKACHECK
14 73 40	亜鉛 LR（低濃度）	0 – 1 mg/L Zn	14 63 40	錠剤	COPPER/ZINC LR、EDTA、DECHLOR

各テストキットには、セル 2本、かき混ぜ棒 1本、ロビボンド試薬（30テスト分）、プラスチックケースが付きます。

注1：チェックキットコンパレータ D55（光路長 55mm）のみ。　注2：日本向特別仕様。　注3：コンパレータ及びプラスチックケースなしのテストパック。

2項目水質検査キット　LCC-2シリーズ

注文コード	測定項目	測定レンジ（精度 ±5% F.S.）	ディスク No.	試薬形態	付属試薬
14 70 15	塩素（DPD）、遊離・結合・全 pH（PR）	0 – 1 mg/L Cl_2 6.5 – 8.4 pH	14 60 10 14 61 00	錠剤 錠剤	DPD Rapid No.1、No.3 PHENOL RED Rapid
14 82 10 J 注2	塩素（DPD）、　遊離・結合・全 pH（PR）	0.1 – 2 mg/L Cl_2 6.5 – 8.4 pH	14 80 00 J 14 61 00	錠剤 錠剤	DPD Rapid No.1、No.3 PHENOL RED Rapid
14 70 25	塩素（DPD）、遊離・結合・全 pH（PR）	0 – 4 mg/L Cl_2 6.5 – 8.4 pH	14 60 20 14 61 00	錠剤 錠剤	DPD Rapid No.1、No.3 PHENOL RED Rapid
14 72 85	臭素 pH（PR）	0 – 5 mg/L Br 6.5 – 8.4 pH	14 62 80 14 61 00	錠剤 錠剤	DPD Rapid No.1 PHENOL RED Rapid
14 72 35	銅、遊離（Cu^{2+}） pH（PR）	0 – 1 mg/L Cu 6.5 – 8.4 pH	14 62 30 14 61 00	錠剤 錠剤	COPPER/ZINC LR PHENOL RED Rapid

各テストキットには、セル 3本、かき混ぜ棒 1本、ロビボンド試薬（30テスト分）、プラスチックケースが付きます。

注2：日本向特別仕様。

製品改良にともない、やむをえず仕様・外観などを変更させていただく場合がございます。
ご了承のほどお願い申し上げます。

ロビボンド日本代理店

RIGO 株式会社離合社

営　業　部　〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山3-14-20
TEL：(048) 882-3086 FAX：(048) 811-1202
URL：http://www.rigo.co.jp E mail：info@rigo.co.jp

大阪営業所　〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町9-43
天王寺北ロビル505
TEL：(06) 6711-0022 FAX：(06) 6711-0033

取扱店